

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE - SP

PROCESSO N° 9501/24

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 113/24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE RAIOS-X, 01 EQUIPAMENTO DE ENDOSCÓPIO E 05 UNIDADES DE VENTILADOR PULMONAR.

A KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 58.598.368/0001-83, com sede na Rua Maria Casali Bueno, N° 57, Mandaqui, CEP 02408-050, São Paulo – SP vem, tempestivamente, pedir REVISÃO, aos termos do Memorial Descritivo do Termo de Referência do Pregão em epígrafe, que está disponível no endereço de correspondência: https://drive.google.com/file/d/1gL8ld3xqC9gQuv75zNcf3T_CMI4jrsam/view?usp=sharing. Os pontos a serem abordados serão devidamente justificados conforme a seguir.

ITEM 01 - APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL

→ Onde consta:

filtração inerente de 1,8mm al;

→ Pedimos ajustar para:

filtração inerente de 1,2mm al ou maior;

→ *Justificativa:*

Conforme preconiza a Série de Normas IEC 60601 (IEC 60601-1, “Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial” e IEC 60601-2-54, “Requisitos específicos para sistemas de radiografia médica”) A filtração contida de 1,2 mm Al já atende aos requisitos básicos de segurança, uma vez que remove a maioria dos fótons de baixa energia, reduzindo a exposição ao paciente. Equipamentos com 1,2 mm Al são frequentemente utilizados em ambientes clínicos, mantendo um equilíbrio adequado entre qualidade de imagem e segurança.

Muitos fabricantes oferecem modelos com 1,2 mm de filtração específica, que são extremamente utilizados em ambientes médicos e atendem às normas internacionais de segurança e eficiência. A exigência de 1,8 mm Al limita a concorrência, restringindo o

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 – CEP 02408-050 - São Paulo/SP – Fone (11) 2950.1971 - Fax (11) 2976.5154

número de fornecedores que podem participar da licitação e, potencialmente, elevando os custos sem um ganho técnico significativo.

Equipamentos com filtração integrada de 1,2 mm Al são aprovados pela ANVISA e pelo INMETRO e cumprem com as normas de segurança e qualidade de imagem úteis, atendendo às necessidades clínicas para diagnósticos em campo e em situações móveis. A norma não exige especificamente 1,8 mm Al, mas sim uma filtração mínima que atenda aos critérios de proteção e eficácia na formação da imagem.

Assim, não sendo de vosso entendimento tal necessidade, solicitamos que se apresente juntamente com a resposta a nossa impugnação, no mínimo 3 marcas e modelos de equipamentos, com seus respectivos registros válidos na ANVISA, que cumpram na íntegra a esse descritivo (qual seja, tubo de Raio-X com filtração inerente de 1,8mm Al) a fim de dar a legalidade que esse processo exige, dentro dos princípios básicos que regem a licitação pública.

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de revisão das especificações técnicas, acima citados, para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando ao Prefeitura Municipal de São Vicente a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Konimagem possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por esse Município.

Aguardando o vosso parecer quanto a este pleito, aproveito o ensejo para declarar nossos votos de elevada estima e distinta consideração a essa Prefeitura Municipal.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo - SP, 11 de novembro de 2024

Dario Livrari
Konimagem Comercial Ltda
CPF: 082.014.378-29
RG: 16.306.042-3 SSP/SP
Sócio Diretor

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 – CEP 02408-050 - São Paulo/SP – Fone (11) 2950.1971 - Fax (11) 2976.5154