



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade*

Esclarecimentos

Esclarecimentos prestados em relação ao pregão 155/2024, cujo objeto EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, para as Diretorias da Secretaria da Saúde do município de São Vicente, conforme especificações contidas no Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses.

Dúvida: Gentileza informar se será aceito equipamento que possui intervalo de medição de 0,00 mg/dl a 20,0 mg/dl, visto que dependendo da idade gestacional atendemos uma faixa maior do que solicitado no edital.

Resposta do departamento técnico: LOTE 04 - IREMOS SIM ACEITAR INTERVALO ENTRE 0 E 20,0MG/DL.