



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

SECRETARIA DA SAÚDE

Memo 210/24

São Vicente, 16 de dezembro de 2024.

De: COSB

Para: COPAC

Ao Compras

A/C Pregoeiro

Em análise de recurso da empresa KLM ao item 10 do PE 108/24 concluo que o mesmo é procedente devido ao fato de que realmente o produto ofertado pela licitante AMB Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares, o produto Compressor Chiaperini modelo MC 10 BPO RV 65 L, não atender ao descritivo em relação ao fluxo mínimo de ar, estando abaixo do necessário solicitado.

Sem mais

Atenciosamente,


Dr. Odilon Francisco A Mendes
Coordenador de Saúde Bucal