

De: Patrimonio SESASV <patrimonio.saudesaovicente@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 09:15
Para: dahuesv@saudesaovicente.sp.gov.br
Assunto: ENC: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 167/24 - NIHON KOHDEN DO BRASIL

Proc. N° 1740/25
167/24 - NIHON
Fls.: 07

Mariana

FAVOR RESPONDER

De: compras@saudesaovicente.sp.gov.br <compras@saudesaovicente.sp.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 08:41
Para: Patrimonio Saudesaovicente <patrimonio.saudesaovicente@hotmail.com>
Assunto: Fwd: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 167/24 - NIHON KOHDEN DO BRASIL

----- Mensagem original -----

Assunto: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 167/24 - NIHON KOHDEN DO BRASIL

Data: 12/02/2025 19:04

De: Fernanda Reche <Fernanda.Reche@nkbr.com.br>

Para: "compras@saudesaovicente.sp.gov.br" <compras@saudesaovicente.sp.gov.br>, "sesasvcompras@yahoo.com.br" <sesasvcompras@yahoo.com.br>

Cópia: "eder.pereira@fitmedical.com.br" <eder.pereira@fitmedical.com.br>, Adriana Molacinai - Fitmedical <adriana.molacinai@fitmedical.com.br>, Danielle Momesso <Danielle.Momesso@nkbr.com.br>, Lilian Almeida <Lilian.Almeida@nkbr.com.br>

Bom dia,
Segue o pedido de impugnação do Pregão Eletrônico 167/24.
Atte
Israel C. dos Santos
COPAC
(13) 3569-5710

Estimada Comissão,

Interessados em participar do processo em referência a **NIHON KOHDEN LTDA.** empresa japonesa de equipamentos médicos, vem, respeitosamente formalizar **PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO**, visando assegurar a participação e a isonomia das propostas licitantes conforme os termos abaixo..

Acerca do item 09 – MONITOR MULTIPARÂMETROS:

O edital estabelece requisitos excessivamente restritivos para o Monitor Multiparâmetros, descritos nos seguintes termos:

- Monitoramento dos sinais vitais através de módulos e/ou pré-configurados;
- Utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais;
- Display colorido de LCD, sensível ao toque, com dimensões mínimas de 12 polegadas e resolução de 1280x768 widescreen;
- Visualização simultânea de no mínimo 8 canais de curvas individuais;
- Integração ao prontuário eletrônico via protocolo HL7;
- Conectividade com pelo menos 3 módulos adicionais, entre outros requisitos.

DA RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE

O referido descritivo apresenta exigências que restringem indevidamente a ampla concorrência, contrariando os princípios da isonomia, competitividade e vantajosidade previstos no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. Em especial, apontamos que:

A exigência de display de LCD com dimensões mínimas de 12 polegadas e resolução de 1280x768 widescreen é incompatível com a diversidade de monitores multiparamétricos disponíveis no mercado, sendo desnecessariamente restritiva.

A obrigatoriedade de conexão com pelo menos 3 módulos adicionais diretamente no monitor ou através de rack extensor limita a participação de fornecedores cujos equipamentos possuem conectividade distinta, mas igualmente eficiente.

A exigência de software para cálculo de pontuação de aviso prévio (EWS) como recurso futuro, sem justificativa técnica específica, impõe barreiras à participação de empresas que oferecem soluções equivalentes por meio de outros sistemas de pontuação.

Tais exigências configuram especificações direcionadas a um modelo específico de equipamento, limitando a competitividade do certame e, conseqüentemente, restringindo o princípio da economicidade.

Grifo nosso: **Somente a marca Philips é capaz de atender na totalidade todas as condições técnicas exigidas.**

ITEM 10 – MONITOR MULTIPARÂMETROS:

Novamente, temos aqui um direcionamento à Marca Philips com o modelo EarlyVue VS30, vejamos:

Peso máximo de 6 kg

- O EarlyVue VS30 tem um design compacto e leve, próximo desse peso. Esse limite pode excluir concorrentes com equipamentos um pouco mais robustos.

2. Grau de proteção IPX0

- O IPX0 significa que o equipamento **não possui resistência à água ou poeira**, o que não é comum em todos os monitores. Essa exigência pode restringir a concorrência, pois outras marcas podem oferecer graus superiores de proteção (IPX1, IPX2, etc.).

3. Tela LCD de no mínimo 8" e resolução 1024x600 pixels

- O **EarlyVue VS30** possui uma tela LCD com essas dimensões e resolução. Outras marcas podem ter telas de tamanhos ligeiramente diferentes, o que já as excluiria da licitação.

4. Bateria de lítio com pelo menos 2 horas de operação

- Esse modelo da Philips atende exatamente a esse critério, o que pode excluir concorrentes com autonomia menor.

5. Conectividade Wi-Fi e compatibilidade com sistema de chamada de enfermagem

- O monitor da Philips possui **Wi-Fi integrado e suporte para chamada de enfermagem**, o que nem todos os modelos concorrentes oferecem como funcionalidade padrão.

6. Armazenamento interno de no mínimo 400 registros de pacientes

- O EarlyVue VS30 possui essa capacidade de armazenamento, enquanto outras marcas podem ter variações que não atendam exatamente a esse requisito.

7. Conexão para leitor de código de barras

- Essa é uma característica do EarlyVue VS30, pois a Philips oferece suporte para leitores de código de barras, enquanto algumas marcas podem exigir acessórios adicionais para essa funcionalidade.

9. Sistema de alerta de deterioração precoce

- A Philips promove fortemente essa funcionalidade no **EarlyVue VS30**, enquanto outras marcas podem não ter esse recurso como padrão ou podem oferecê-lo de forma diferente.

ITEM 11 – MONITOR MULTIPARÂMETROS:

O TR faz referência direta ao modelo "CM120" no descritivo, o que restringe a concorrência e pode configurar direcionamento para um fabricante específico, em desacordo com os princípios de ampla concorrência e isonomia nas licitações públicas.

Algumas exigências técnicas presentes no TR correspondem especificamente às características do modelo CM120, dificultando a participação de outros fornecedores. Exemplos incluem:

- Display LCD sensível ao toque com dimensões mínimas de 12 polegadas e resolução exata de 1280x768 widescreen, padrão característico do CM120.
- Compatibilidade exclusiva com módulos adicionais sem necessidade de interface externa, um diferencial do CM120 em relação a outros modelos do mercado.
- Sincronismo específico com desfibriladores sem uso de adaptação, um recurso não presente em monitores concorrentes.
- Conectividade com outros 12 leitos diretamente na tela do monitor, característica própria do sistema CM120.

Compatibilidade e Integração Específica:

- Exige que o monitor seja compatível com a comunicação HL7 embutida, sem necessidade de interface adicional, um padrão do CM120.
- Porta específica para sincronismo com desfibrilador, limitando o uso a desfibriladores compatíveis com esse modelo.
- Permite adição futura de software de pontuação de aviso prévio (EWS) com customização conforme protocolo da instituição, característica própria do fabricante do CM120.

A citação direta do modelo é uma comprovação tácita de restrição indevida na concorrência, o que pode comprometer a transparência do processo licitatório. Para garantir maior competitividade e isonomia, recomendamos a reformulação do TR, adotando especificações mais genéricas e compatíveis com diferentes fornecedores, desde que atendam às necessidades da instituição de forma eficiente.

DO PEDIDO:

Diante do exposto, requer-se:

- a) A adequação do edital, retirando ou flexibilizando as exigências que restringem indevidamente a participação de outros fornecedores;
- b) A reabertura do prazo para apresentação das propostas, caso haja alteração no edital;
- c) A suspensão do certame até que sejam sanadas as irregularidades apontadas.

A aceitação das sugestões promoverá uma ampla competitividade, sendo possível o alcance da economicidade a partir dela, nosso produto apresenta alta tecnologia e seu desempenho atende o fim solicitado nesta aquisição sem nenhum prejuízo. Pedimos a especial gentileza de retorno aos e-mails: Fernanda.reche@nkbr.com.br / licitacao@nkbr.com.br

Termos em que,

pede deferimento.

Fernanda Freire Reche

Licitações

NIHON KOHDEN DO BRASIL LTDA.

E-mail: fernanda.reche@nkbr.com.br

Website: <https://br.nihonkohden.com>



Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor, contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações contidas nesta mensagem.

Antes de imprimir esta página, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.