PE 167/24R - Solicitação de esclarecimento.

De: Compras Sesasv (sesasvcompras@yahoo.com.br)

Para: patrimonio.saudesaovicente@hotmail.com

Data: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 às 09:23 BRT

Boa tarde,

Segue em anexo, o pedido de esclarecimento feito pela empresa RC Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda.. Vale ressaltar que esse certame está agendado para o dia 07/03/25.

At.te

Israel C. dos Santos
COPAC
(13) 3569-5710

Nome do Usuário	Participante
Eloisa Pelegrini	RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 09:06 em 21/02/2025

Boa tarde, sou da empresa RC Móveis e gostaria de sanar algumas dúvidas sobre o lote 7. No item 40- Cama para Parto- Sistema PPP, solicita no edital "Estrado em material termoplástico de alta resistência, articulado, dividido em 3 seções", neste caso gostaríamos de verificar se podemos ofertar a parte do dorso em aço carbono e parte do assento e pernas em aço inoxidável por ser mais resistente e de fácil higienização ??? Outro ponto seria em relação ao item 41- Cama Hospitalar Motorizada, no edital solicita: "BASE: recuada, construída em tubo de aço inoxidável " e "ESTRUTURA DO LEITO: construído em tubo de aço inoxidável retangular 50 x 30 x 2,0mm.", neste caso não seria possível a substituição do aço inoxidável para o aço carbono para que ocorra ampla participação uma vez que uma cama com estrutura e base em aço inoxidável é extremamente cara e de produção mais demorada ? No item 41- Cama Hospitalar Motorizada, no edital solicita: Dimensões: "Externas 2,08 x 1,049m. Internas 1,90 x 0,90", não consta possibilidade de variação, sendo assim uma cama com Dimensões Internas: 1,92 x 0,88 (C x L). Dimensões Externas: 2,20 x 1,03 (C x L), atenderia a instituição ??