



Esclarecimentos

Esclarecimentos prestados em relação ao pregão 35/2025, cujo objeto de licitação é a aquisição de **01 APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL FIXO**, para a **DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**, para atender o **Centro de Ortopedia e Traumatologia - CATO** da Secretaria da Saúde do Município de São Vicente, conforme especificações contidas no presente Termo de Referência.

Dúvida: A apresentação de equipamento com estativa pendular, desde que comprovadamente equivalente do ponto de vista técnico e clínico, será aceita por esta Comissão, considerando que o presente processo já apresenta histórico de restrições e possível direcionamento ao modelo da fabricante MED7?

Resposta: O Termo de Referência prevê expressamente: “Caso o equipamento ofertado possua mesa basculante e essa consiga substituir o Bucky mural, será necessário apenas 01 detector fixo na mesa.”

Ou seja, não há imposição de mesa basculante como única solução possível, sendo igualmente aceitável a mesa tipo maca, conforme edital descreve serão aceitos: “A mesa deve ser do tipo: Tampo flutuante, mesa tipo maca ou mesa com movimento basculante de 0 e 90° que atue nas funções de mesa Bucky e Bucky mural; A mesa deve possuir dimensões mínimas de 200 x 80 x 70 cm (C,A,L), . Capacidade de peso suportado pela mesa de pelo menos 200 kg distribuídos; Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade 170 cm a partir do chão, dotado de sistema de freio mecânico. Mural com grade antidifusora de 103 linhas/pol (40 linhas/cm) distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do Bucky (Item não necessário para mesas basculantes que conseguem fazer as funções de mesa Bucky e Bucky mural). O sistema digital deve ser composto da seguinte forma: 02 detectores, sendo um fixo na mesa Bucky e outro no Bucky mural. Caso o equipamento ofertado possua mesa basculante e essa consiga substituir o Bucky mural, será necessário apenas 01 detector fixo na mesa”. Desde que compatível com o restante da configuração funcional do sistema.

A alegação de direcionamento a fabricante específico não se sustenta, pois o edital oferece alternativas técnicas distintas, permitindo liberdade de escolha ao licitante, em respeito aos princípios da isonomia, ampla concorrência e competitividade.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Dúvida: Será aceita a proposta que apresente computador com apenas uma placa de rede, desde que configurada conforme as práticas técnicas recomendadas?

Resposta: O edital estabelece: “O computador deverá possuir no mínimo 2 placas de rede, sendo uma para conexão com o painel e outra para rede do ambiente hospitalar.”

A exigência visa garantir a segregação lógica e física das redes de comunicação do equipamento, assegurando maior confiabilidade, segurança de dados e desempenho operacional – elementos fundamentais em ambiente hospitalar. Ressalta-se que a presença de duas interfaces de rede físicas é prática consagrada em ambientes clínicos, sendo plenamente viável no mercado, e não representa barreira técnica ou econômica excessiva. Portanto, não será aceita configuração com apenas uma placa de rede, ainda que com recursos de virtualização ou reconfiguração, uma vez que não atende às premissas de segurança e estabilidade exigidas para o ambiente de saúde.