



Esclarecimentos

Esclarecimentos prestados em relação ao pregão 46/2025, cujo objeto de licitação é a formação de Ata de Registro de Preço, para aquisição de **EQUIPAMENTOS MÉDICOS**, para as Diretorias da Secretaria da Saúde do Município de São Vicente, conforme especificações contidas no Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses.

Dúvida: No edital, consta que a central de monitorização deverá ser compatível com monitores multiparâmetros, sem, no entanto, identificar a marca e o modelo dos equipamentos. Solicitamos, por gentileza, a indicação de qual(is) modelo(s) de monitor será(ão) utilizado(s) com a central, a fim de avaliarmos a compatibilidade plena e evitar qualquer prejuízo técnico e/ou risco de desclassificação.

Resposta: Informamos que os monitores multiparamétricos que serão utilizados com as centrais de monitorização ainda não foram adquiridos e serão objeto de futura licitação. Portanto, neste momento, não há definição de marca ou modelo específico desses equipamentos.

Considerando esse cenário, o edital estabelece especificações mínimas que os monitores devem atender, com o objetivo de garantir que as centrais ofertadas sejam compatíveis com equipamentos da mesma marca e linha, a serem adquiridos futuramente, que cumpram tais requisitos.

A exigência de que a Central de Monitoramento seja compatível com monitores multiparâmetros via protocolo de comunicação bidirecional (TCP/IP e HL7) está fundamentada na necessidade de promover flexibilidade, interoperabilidade e escalabilidade no ambiente hospitalar, evitando-se o direcionamento a marcas ou modelos específicos.

Não será indicada marca ou modelo de monitores multiparâmetros, justamente para garantir a ampla competitividade entre fornecedores e permitir que a instituição contratante tenha autonomia para definir ou atualizar seus dispositivos conforme suas necessidades clínicas e operacionais.

O uso de protocolos abertos e reconhecidos internacionalmente, como TCP/IP e HL7, permite a integração entre diferentes sistemas, sendo prática consolidada em ambientes hospitalares modernos. Eventuais limitações pontuais de interoperabilidade entre centrais e monitores de fabricantes distintos não inviabilizam o cumprimento da exigência, tampouco



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

constituem impedimento técnico, desde que a solução ofertada atenda aos requisitos mínimos de comunicação e visualização exigidos no edital.

Reforçamos que cabe ao licitante ofertar sistema de central de monitoramento que atenda, de forma plena, aos requisitos estabelecidos no edital, assegurando a comunicação bidirecional com monitores multiparâmetros compatíveis, sem prejuízo à funcionalidade ou à segurança do paciente. Soluções que dependam de protocolos exclusivamente proprietários e que limitem a integração não atendem ao princípio da interoperabilidade exigido neste certame.